

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI  
TTYT HUYỆN VĂN CHẤN

Số: 1995/TM-TTYT  
V/v mời cung cấp báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Chấn, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  
(Sau đây được gọi tắt là Quý đơn vị)

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xin gửi tới Quý đơn vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái có nhu cầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị y tế (Nhóm Vật tư tiêu hao) để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm: Cao Ngọc Thủy; Số điện thoại: 0944683968; Email: [cnthuy73@gmail.com](mailto:cnthuy73@gmail.com).

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Trực tiếp tại: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn
- Điện thoại: 02163 873 114

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Có thể gửi trước qua Email: [baogiavanchan@gmail.com](mailto:baogiavanchan@gmail.com) (Bản Scane có đóng dấu hợp pháp của đơn vị báo giá)

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11/12/2024 đến trước 14h00 ngày 20/12/2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa (phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp: Khoa Dược, VT, TTBYT - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Mẫu danh mục báo giá phụ lục gửi kèm) hàng mới 100%.

**Lưu ý:** Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng danh mục hàng hóa nêu trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặt tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng, tương đương được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

Đối với các yêu cầu ở mức “khoảng” mà chưa cụ thể sai số cho phép tại nội dung đó thì khoảng sai số cho phép so với yêu cầu  $\leq 2\%$  được đánh giá là đáp ứng.

Yêu cầu tương đương:

+ Tương đương về chủng loại;

+ Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ);

+ Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ... có cụm từ “hoặc tương đương”, yêu cầu nhà thầu khi báo giá lại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”;

+ Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trong bảng “danh mục hóa chất xét nghiệm”, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”.

4. Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo từng đợt giao hàng hoặc thanh toán 1 lần sau khi kết thúc gói thầu, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà Sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT; HSĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Triệu Thị Nguyệt Ánh**

**PHỤ LỤC 02  
BẢNG BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn**



Căn cứ thư mời số: 1995/TM-TTYT ngày 11/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn V/v mời cung cấp báo giá. Công ty chúng tôi .....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất/nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) - Mã số thuế:.....

Xin báo giá cho mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, (nếu có)	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã có VAT)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền
	<b>Cộng: ..... mặt hàng</b>										

\* (Số tiền bằng chữ: .....)

\* Giá chào: Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật

\* Hiệu lực báo giá: Bảng báo giá này có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2024

\* Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác.

\* Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

\* Giá trị của hàng hóa nêu trong bảng báo giá là phù hợp, không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

\* Tất cả các thông tin nêu trong bảng báo giá là trung thực.

\* Thông tin liên hệ người làm báo giá: ( Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Đại diện đơn vị báo giá**

(Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ**  
(Kèm theo Thư mời số 1995/TM-TTYT ngày 11/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số/đặc tính kỹ thuật chung của hàng hóa	Tiêu chí chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
1	Găng khám bệnh có bột	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su. - Sử dụng 1 lần. - Chưa tiệt trùng - Tiêu chuẩn áp dụng ISO 13485:2016, TCVN 6343 a) Kích thước - Chiều dài: $\geq 240$ mm - Chiều dày ngón tay $\geq 0.1$ mm - Chiều dày lòng bàn tay $\geq 0.08$ mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size XS: $\leq 82$ mm; Size S : $83 \pm 5$ mm; Size M: $89 \pm 5$ mm; Size L: $102 \pm 6$ mm b) Chỉ tiêu cơ lý tính - Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: $\geq 7$ N - Độ dẫn dài khi đứt: Trước và sau già hóa: $\geq 670$ % c) Phủ bột bấp chống dính, $80 \pm 20$ mg/chiếc	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đôi	60.000
2	Găng phẫu thuật vô trùng	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su. - Sử dụng 1 lần. - Phân biệt tay trái và tay phải. - Đã tiệt trùng. a) Kích thước - Chiều dài: $\geq 282$ mm - Chiều dày ngón tay $\geq 0.2$ mm - Chiều dày lòng bàn tay $\geq 0.18$ mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 6.5: $83 \pm 5$ mm; Size 7.0: $89 \pm 5$ mm; Size 7.5: $95 \pm 5$ mm; Size 8.0: $102 \pm 6$ mm	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đôi	30.000



		<p>b) Chi tiêu cơ lý tính</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: <math>\geq 12N</math></li> <li>- Độ giãn dài khi đứt: Trước và sau già hóa: <math>\geq 700\%</math></li> </ul> <p>c) Bột bôi trơn: <math>100 \pm 20</math> mg/chiếc</p> <p>d) Hàm lượng protein: <math>\leq 200</math> <math>\mu\text{g/g}</math> 1 chiếc.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p>			
3	Clip mạch máu polymer (Size L)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Polymer không tiêu đảm bảo độ tương thích sinh học cao</li> <li>- Clip thiết kế hình cung giúp giữ được nhiều mô hơn. Có khóa đóng nhanh, hiệu quả, an toàn tạo phản hồi xúc giác cho phẫu thuật viên khi đóng clip. Bản lề động. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô</li> <li>- Hạn chế tối đa nhiễu khi chụp CT, không cản quang trong chụp X-quang và sự an toàn tuyệt vời không gây nhiễu ảnh trong kết quả MRI.</li> <li>- Kẹp được mạch máu cỡ từ 3 mm đến 16 mm</li> </ul> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	200
4	Đè lưỡi gỗ	<p>Được làm từ gỗ tự nhiên, bọc màng nilon. Kích thước: Chiều dài x rộng x dày: 150mm x 20mm x 2mm <math>\pm 10\%</math></p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	20.000
5	Mask thở oxy (size M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu.</li> <li>- Dây dẫn có chiều dài <math>\geq 2\text{m}</math>, lòng ống có khóa chống gấp được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.</li> <li>- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân.</li> <li>- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.</li> <li>- Các cỡ: M, L, XL.</li> <li>- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	Cái	1.460
9	Bộ mask xông khí dung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung (lọ đựng thuốc) dung tích 8ml. - Dây dẫn có chiều dài 2m, lòng ống có khóa chống gấp được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Mặt nạ có dây đeo có thể co giãn, chất liệu không gây kích ứng da. - Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)</li> </ul>	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	Bộ	20
10	Kẹp rốn trẻ sơ sinh	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485	Cái	2.000

11	Vòng đeo tay bệnh nhân người lớn	Chất liệu: nhựa, không độc hại, không kích ứng da - Trên vòng có đục lỗ để điều chỉnh theo kích cỡ tay người đeo. Kích thước: Người lớn (dài 250mm, rộng 25mm)± 2mm. Vòng có chỗ ghi thông tin đủ rộng, in sẵn các thông tin: Họ tên, Năm sinh, MSYT, Giới tính, Khoa, Bác sĩ.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS	Cái	2.000
12	Vòng đeo tay bệnh nhân trẻ em	Chất liệu: nhựa, không độc hại, không kích ứng da - Trên vòng có đục lỗ để điều chỉnh theo kích cỡ tay người đeo. Kích thước: Trẻ em (dài 170mm, rộng 17mm) ± 2mm. Vòng có chỗ ghi thông tin đủ rộng, in sẵn các thông tin: Họ tên, Năm sinh, MSYT, Giới tính, Khoa, Bác sĩ.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS	Cái	2.000
13	Dây thở oxy người lớn (Size L, XL)	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	Cái	830
14	Dây thở oxy trẻ em ( size M)	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	Cái	200
15	Dây thở oxy sơ sinh ( size S)	- Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m	Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	Cái	30
16	Túi đựng nước tiểu có van dung tích 2000ml	- Sản phẩm bao gồm đầu nối, nắp đầu nối, ống dẫn vào , khóa dòng chảy, van chống trào ngược, túi đựng nước tiểu, ống thoát nước ra ngoài, công tắc ống thoát nước. - Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa PVC dùng trong y tế, không có chất gây sốt, - Van xả ở đáy túi: Van chữ T, tuyệt đối không dò rỉ. - Có gắn phụ kiện khóa túi, Ống dẫn vào dài 90cm, có van chống trào ngược và có nắp đậy - Có lỗ treo túi - Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích mỗi 100ml; - Kích thước túi dài 280 mm, rộng 200mm - Tiệt trùng bằng khí EO, chỉ sử dụng một lần	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	2.500



17	Ống thông nội khí quản các cỡ	Được làm bằng nhựa y tế PVC, không chứa DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.105
23	Sonde hậu môn - số 22	Ống thông hậu môn số 22. Dây dẫn dài $\geq 400\text{mm}$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	400
24	Ống thông tiêu 3 nhánh - Số 24	Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon. Loại 3 nhánh	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	50
25	Ống thông tiêu 2 nhánh - Số 16	Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon. Loại 2 nhánh	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.000
26	Ống thông tiêu 1 nhánh - Size 12 Fr	Ống thông tiêu thẳng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
27	Dây hút dịch không nắp - Size 16 Fr	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP. Độ dài $\geq 500\text{mm}$ .	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.200
28	Ống sonde dạ dày	Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Tiệt trùng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	100
29	Tay dao mổ điện 3 giác	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ, đường kính 2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời Chiều dài điện cực: 70mm. Chiều dài cáp: 3m Chiều dài tay cầm: 155mm. Loại chân cắm: 1 chân tròn (3 x Ø4mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	700
30	Dao mổ điện 1 giác	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ, đường kính 2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời Chiều dài điện cực: 70mm. Chiều dài cáp: 3m Chiều dài tay cầm: 155mm Loại chân cắm: 1 chân tròn (3 x Ø4mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	400
31	Túi camera tiệt trùng	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x 60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.600
32	Lưỡi dao mổ sử dụng một lần - số 21	Được làm từ cacbon và thép không gỉ. Tiệt trùng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	5.000
33	Lưỡi dao mổ - số 11	Được làm từ cacbon và thép không gỉ. Tiệt trùng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	600
34	Đầu col vàng	Đầu côn vàng dung tích 200 $\mu\text{l}$ , có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Cái	15.000

		trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.			
35	Đầu col xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 $\mu$ l, có khóa làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	15.000
36	Lam kính	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Hộp	300
37	Ống nghiệm EDTA K2	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ống	35.000
38	Ống nghiệm lấy máu Heparin - nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ ( $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ , $\text{Cl}^-$ ... trừ $\text{Li}^+$ ), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là $\text{NH}_3$ và định lượng Alcohol trong máu. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ống	38.000
39	Ống nghiệm Natri citrate nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ống	4.000
40	Ống máu lắng	Ống thủy tinh 8x120mm chiều xạ với nút cao su butyl. Chứa tới 1,6ml máu toàn phần trong ống. Ống chứa 0,28mL natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Ống	1.200
41	Sâu máy thở	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu bằng nhựa PVC dùng trong y tế</li> <li>- Dạng lò so, dùng cho máy thở</li> <li>- Có công lấy mẫu khí và nắp đậy cố định</li> <li>- Đầu nối: 22M/15F</li> <li>- Kích thước: Chiều dài <math>\geq</math> 15cm</li> <li>- Đầu nối khuy 90°</li> <li>- Được tiệt trùng bằng khí EO</li> </ul>	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.000



42	Miếng dán điện cực tim	Dạng Foam bền, hình tròn.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	3.500
43	Ống hút mềm karman (kích cỡ 6 mm).	Ống hút thai mềm số 6. Tiệt trùng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	50
44	Ống hút mềm karman (kích cỡ 7 mm).	Ống hút thai mềm số 7. Tiệt trùng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	50
45	Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có công xoay và nắp lọc tĩnh điện</li> <li>- Sự kháng (tại 30LPM): <math>\geq 60\text{PA}</math></li> <li>- Không gian chết: 32ml</li> <li>- Thể tích: 250-1500ml</li> <li>- Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): <math>\geq 99,9\%</math></li> <li>- Hiệu quả lọc virus (VFE): <math>\geq 99,9\%</math></li> <li>- Tiệt trùng bằng khí EO.</li> </ul>	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	900

Đơn vị cung cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại liên lạc: .....