

Số: 1402 /QĐ-TTYT

Thượng Bằng La, ngày 26 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Yêu cầu báo giá: Mua sắm vật tư cận lâm sàng năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN CHẤN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá gói thầu: Mua sắm vật tư cận lâm sàng năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai (Có Yêu cầu báo giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nhóm số 1, Phòng Tài chính - Kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Quyết định số 1402 /QĐ-TTYYT ngày 26 /6/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai)

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua sắm vật tư cận lâm sàng năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai*, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Cao Ngọc Thủy
- Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0944683968

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận Hồ sơ báo giá qua email: baogiavanchan@gmail.com.
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế – Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai, Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2026.

6. Hình thức đăng tải:

- Đăng tải trên trang thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> của Bộ Tài chính.
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai: <https://benhviendakhoakhuvucvanchan.vn/>

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Đồng Việt Nam (VND).

- Số lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc nhiều lần trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4. Các thông tin khác:

- Các nhà sản xuất, cung cấp báo giá theo mẫu Báo giá (đính kèm).



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ

mời số 1402 /TM-TTYT ngày 26/6/2026 của Trung tâm Y tế KV Văn Chấn

ST.T	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phim in laser 25x30cm (10x12")	- Phim X-quang laser AMV kích thước: 25x30 cm - Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester - Độ ẩm lưu trữ khoảng: 30 - 50% RH - Mật độ điểm ảnh tối đa 650ppi - Mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.3 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA - Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim>24h - Thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5%Axit docosanoic, muối bạc(1+); Cellulose acetate butyrate <3; - Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế.	Năm 2026 trở về sau	Tờ	20.000
2	Phim in laser 35x43cm dùng cho chụp cắt lớp (14x17")	- Phim X-quang laser AMV kích thước: 35x43 cm - Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester - Độ ẩm lưu trữ khoảng: 30 - 50% RH - Mật độ điểm ảnh tối đa 650ppi - Mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.3 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA - Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim>24h - Thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5%Axit docosanoic, muối bạc(1+); Cellulose acetate butyrate <3; - Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế.	Năm 2026 trở về sau	Tờ	10.000
3	Đầu col vàng	Đầu côn vàng dung tích 200 µl, có khóa làm tối thiểu từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Năm 2026 trở về sau	Cái	10.000

4	Đầu col xanh	Đầu côn xanh dung tích 1000 µl, có khóa làm tối thiểu từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase. Thiết kế phù hợp với 107 các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Năm 2026 trở về sau	Cái	10.000
5	Lam kính	Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Năm 2026 trở về sau	Hộp	100
6	Ống nghiệm EDTA K2	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Năm 2026 trở về sau	Ống	25.000
7	Ống nghiệm lấy máu chân không EDTA K2 2ml	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Dung tích 2ml máu. Nắp thiết kế 2 lớp: nút cao su bọc nắp nhựa không có latex màu tím phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là chất chống đông Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (K2 EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c...). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút. Bảo quản: 4-25°C. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016	Năm 2026 trở về sau	Ống	10.000

8	Ống nghiệm lấy máu Heparin - nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ ...trừ Li ⁺), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH ₃ và định lượng Alcool trong máu. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Năm 2026 trở về sau	Ống	30.000
9	Ống nghiệm Natri citrarte nắp nhựa	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Năm 2026 trở về sau	Ống	4.000
10	Ống máu lắng	Ống thủy tinh 8x120mm chiều xạ với nút cao su butyl. Chứa tới 1,6ml máu toàn phần trong ống. Ống chứa 0,28mL natri citrat 3,2% và sẵn sàng để sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Năm 2026 trở về sau	Ống	500
11	Ống nghiệm 5 ml có nắp không chất chống đông	* Kích thước 13x75mm. Nhựa PS trắng trong, nắp ấn trong màu trắng, dung tích tối đa 6ml $\pm$ 0.1ml * Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Đạt tiêu chuẩn ISO, TCVN/ TCCS	Năm 2026 trở về sau	Ống	25.000
12	Gel siêu âm	- Hỗ trợ trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh để sóng siêu âm được truyền tự do giữa cơ thể và đầu dò giúp truyền tín hiệu đến máy siêu âm để tạo ra hình ảnh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Năm 2026 trở về sau	Lít	300
13	Giấy in Monitor sản khoa	- Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. - Kích thước: 151mm x 100mm x 150 tờ	Năm 2026 trở về sau	Xấp	100
14	Giấy in siêu âm đen trắng	- Kích thước: 110mm x 20m, - Dùng một lần	Năm 2026 trở về sau	Cuộn	100
15	Giấy in nhiệt điện tim	- Sử dụng được cho máy Kenz Cardico 306 - Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. - Kích thước: 80mm x 20m	Năm 2026 trở về sau	Cuộn	200

16	Giấy điện tim	- Sử dụng được cho máy Kenz 302, 112X90-300P - Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét - Kích thước: 112mm x 90mm x 300 sheets	Năm 2026 trở về sau	Xấp	100
17	Giấy in nhiệt	Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét. Kích thước 5cm x 20m	Năm 2026 trở về sau	Cuộn	100
Cộng: 17 mặt hàng					

Tên nhà thầu:
 Địa chỉ:
 Điện thoại liên lạc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn tỉnh Lào Cai, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Nước SX	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	A										
2	B										
n	...										

* (Số tiền bằng chữ:)

* Giá chào: Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật

* Hiệu lực báo giá: Bảng báo giá này có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày/..../2026

* Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác.

* Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

* Giá trị của hàng hóa nêu trong bảng báo giá là phù hợp, không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

* Tất cả các thông tin nêu trong bảng báo giá là trung thực.

* Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá)

....., ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp